



# 校正証明書

証明書番号 : 1774169-01

貴社管理番号 : \_\_\_\_\_

発行年月日 : 2017年8月18日

御依頼者名 : 株式会社小林機械 殿

住所 : 群馬県館林市赤生田本町3831-2

製品名 : 三次元座標測定機

型式 : XYZAX RVF600A-C2

製造番号 : GB1801AD

製造者 : 株式会社 東京精密

校正項目 : 機械精度

校正年月日 : 2017年8月16日

株式会社 東精エンジニアリング

茨城県土浦市東中貫町4-6  
汎用機器サービス事業部

上記の製品は、弊社の校正要領によって校正され規格を満足しています。  
それに使用する基準器は下記の通り弊社のトレーサビリティ体系に従って国家基準機関とトレーサビリティがとれた校正設備によって校正されていることを証明いたします。

校正に使用した基準器:

管理番号	品名	型式	シリアル	メーカー	検定年月	検定有効期限	検定所
143554	直角定規	422S350	900611	(株)藤田製作所	2016/08	2018/08	JQA
102201	ブロックゲージ 9個組		811433	(株)ソガミ	2016/11	2018/11	(一財)日本品質保証機構
207543	電気マイクロメータ	E-M30R	A11514JA	(株)東京精密	2017/03	2018/03	(株)東精エンジニアリング
248100	倍率校正器	E-MC-10B	810977	(株)東精エンジニアリング	2016/12	2017/12	(株)東精エンジニアリング