


精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	森精機	管理番号	P5945
型式	DuraVartical5060		

精度評価		コメント
Ⓐ	0 ~ 0.02mm	精度良好です。
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【Y Z】測定値 (0.006)

【X Z】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.004)



上面精度

※テーブルサイズ 600 × 900

テーブル上面の平行度		⊙
500以下	0.020	
500を超え800以下	0.025	
800を超え1250以下	0.030	
1250を超え2000以下	0.040	

