


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|--------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | 静岡鐵工所 | 年式 | 2005 | 管理番号 | H018073 |
| 型式 | VHR-AN | 測定者 | 仙田 | アシスタント | 蔵内 |

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.024)


【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.010)



上面精度

※テーブルサイズ 280×1100



2023/10/19