


精度測定検査表

Examination for precision list


精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

メーカー	山崎技研	バーコード	P5279
型式	YZ-8NC		

振り回し(300ピッチ)






主軸振れ



直角度

【YZ】測定値 (0.020) 【XZ】測定値 (0.018) 【XY】測定値 (0.014)



上面精度

※テーブルサイズ 1400×380

テーブル上面の平行度		
500以下	0.020	
500を超え800以下	0.025	
800を超え1250以下	0.030	○
1250を超え2000以下	0.040	

