


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式		管理番号	P008547
型式	MILLAC-80V	測定者		アシスタント	

振り回し(300ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.016)



上面精度

※テーブルサイズ 800×2000



2024/10/3